

WYJAŚNIENIE

do postępowania o na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam”.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie

„Proszę o odpowiedź czy w zestawie do zapytania „Zakup/dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego może być wózek inwalidzki z podanymi parametrami o wadze 16 kg. o konstrukcji z molibdenu (nie aluminiowy) z gwarancją 5 letnią.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie wózka inwalidzkiego o konstrukcji z molibdenu (nie aluminiowego).

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu
Beata Kardys