

PCPR-I.251.4.2021

Mielec, 12.05.2021

.....
.....
.....

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Zamawiający **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec**

/nazwa zamawiającego/

2. W zapytaniu ofertowym z dnia 12.05.2021 r. (znak PCPR-I.251.4.2021) wprowadza się następujące zmiany

- 1) ust 2 „Przedmiot zamówienia” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) KULA ŁOKCIOWA (20 szt.)

Kula łokciowa aluminiowa o wadze do 0,6 kg, 3 stopniowa regulacja wysokości pomiędzy rączką a uchwytem na przedramię, wysokość od podłoża do uchwytu od 80 cm (lub mniejsza) do 95 cm (lub większa), obciążenie min. 130 kg,”

- 2) formularz oferty otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej zmiany.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Beata K...

Treść oferty

1. Nazwa wykonawcy.....
2. Adres wykonawcy.....
3. NIP.....
4. REGON.....
5. Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 zapytania ofertowego).

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | W tym VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|------|--|-------|------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 (3x6) |
| 1 | <p>KULA ŁOKCIOWA Kula łokciowa aluminiowa o wadze do 0,6 kg, 3 stopniowa regulacja wysokości pomiędzy rączką a uchwytem na przedramię, wysokość od podłoża do uchwytu od 80 cm (lub mniejsza) do 95 cm (lub większa), obciążenie min. 130 kg,</p> <p>Producent / nazwa / model</p> | 20 | | | | |
| 2 | <p>WÓZEK INWALIDZKI Wózek inwalidzki o konstrukcji aluminiowej, składany, wyposażony w nylonowe siedzisko i oparcie; podłokietniki, odchylane i zdejmowane podnóżki, dwa koła tylne (pompowane opony) montowane na szybkozłączach oraz dwa koła przednie skrętne pełne, hamulec. Waga sprzętu maksymalnie do 20 kg, szerokość wewnętrzna siedziska 48 – 50 cm. Maksymalne obciążenie nie mniej niż 120 kg.</p> <p>Producent / nazwa / model</p> | 7 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|--|
| 3 | ROWER REHABILITACYJNY Rower rehabilitacyjny wyposażony w rolki do transportu, siodełko, uchwyty z sensorami pomiaru pulsu, koło zamachowe o wadze w przedziale od 7-8 kg, wyświetlacz LCD pokazujący takie funkcje jak: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, puls. Maksymalna waga użytkownika min. 120 kg. Producent / nazwa / model | 8 | | | | |
| 4 | STOJAK NA KROPLÓWKI Stojak do kroplówki, o konstrukcji aluminiowej, podstawa z tworzywa sztucznego. Wyposażony w co najmniej 4 koła z hamulcem, 4 metalowe zaczepy o obciążeniu minimum 2 kg na jeden hak. Regulacja wysokości od 110 cm (lub mniejsza) do 200 cm (lub większa) Producent / nazwa / model | 2 | | | | |
| RAZEM | | | | | | |

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

7. Termin realizacji zamówienia

8. Okres gwarancji

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

.....
(data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej / pieczęć wykonawcy)